

Priloga 3: STANDARDI KAKOVOSTI ZA PRESEJALNO HISTOPATOLOŠKO USTANOVO

Standardi kakovosti za presejalno histopatološko ustanovo so del sistema kakovosti Programa Svit.

Vključujejo:

1. standarde kakovosti pogojev za delo presejalne histopatološke ustanove,
2. standarde kakovosti izvajanja histopatološke dejavnosti,
3. standarde kakovosti izidov opravljenih histopatoloških storitev.

1. Pogoje, ki jih mora histopatološka enota izpolnjevati, da lahko vstopi v pogajanja za podpis pogodbe z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev Programa Svit (ter jih mora spoštovati ves čas trajanja pogodbe), imenujemo standardi kakovosti pogojev za delo presejalne histopatološke ustanove.

Vključujejo:

- urejen pravni status za izvajanje storitev za račun obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- zagotavljanje predpisane prostorske in tehnične opremljenosti histopatološkega oddelka,
- zagotavljanje predpisane strokovne usposobljenosti izvajalcev presejalne histopatološke dejavnosti in
- organizacijo dela na presejalnem histopatološkem oddelku.

Standardi kakovosti pogojev za delo presejalne histopatološke ustanove bodo objavljeni na uradni spletni strani Programa Svit in bodo del pogodbenega odnosa med izvajalcem presejalne kolonoskopije in ZZZS.

Izpolnjevanje standardov kakovosti pogojev za delo se ugotavlja s pravno zavezujočo izjavo odgovorne osebe o njihovem izpolnjevanju ob podpisu pogodbe z ZZZS. Nadzor nad izpolnjevanjem standardov kakovosti se lahko izvede kadarkoli v času trajanja pogodbe. Nosilec programa lahko po pooblastilu ZZZS ustanovi nadzorno komisijo, v kateri je vsaj en član strokovnjak s področja, ki je predmet nadzora, in vsaj en član, predstavnik nosilca programa.

2. Standardi kakovosti izvajanja histopatološke dejavnosti v okviru Programa Svit vključujejo:

- zagotavljanje standardov kakovosti procesov histopatoloških preiskav ter dvojnega odčitavanja pri diagnozi kanceriziranega polipa in
- zagotavljanje sledljivosti opravljenih histopatoloških preiskav.

Standardi kakovosti izvajanja histopatoloških storitev bodo objavljeni na uradni spletni strani Programa Svit in bodo del pogodbenega odnosa med izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS. Nadzor nad zagotavljanjem teh standardov se lahko izvede z vpogledom v elektronski zapis o opravljeni storitvi. Nosilec programa pa lahko po pooblastilu ZZZS ustanovi tudi nadzorno komisijo, v kateri je vsaj en član strokovnjak s področja, ki je predmet nadzora, in vsaj en član, predstavnik nosilca programa.

3. Standardi kakovosti *izvidov histopatoloških pregledov v okviru Programa Svit* vključujejo:

- pričakovani standard je pravilna histopatološka diagnoza,
- diagnozo kanceriziranega polipa vedno skupaj postavita dva histopatologa.

Storitev, opravljena v celoti, z dokončno diagnozo in vpisom celotnega izvida v standardni obrazec informacijskega sistema Svit, je osnova za izplačilo. V primeru diagnoze kanceriziranega polipa je histološki preparat poslan za drugo odčitavanje v drugi histopatološki laboratorij . V primeru različnih mnenj, je končni izvid konsenz obeh odčitovalcev, izda pa ga prvi laboratorij.

Nadzor nad dvojnimi odčitavanjem se lahko izvede z vpogledom v elektronski zapis podatkov o opravljeni storitvi za posameznega izvajalca za pogodbeno obdobje.

št	STANDARDI KAKOVOSTI POGOJEV ZA DELO PRESEJALNE HISTOPATOLOŠKE ENOTE
1	Histopatološka dejavnost se izvaja v okviru javnega zavoda na terciarni ravni.
2	Histopatološki laboratorij ima opremo za makroskopsko disekcijo, tkivni procesor, aparat za vklop tkiva, mikrotom, hladna plošča, vodna kopel za narezovanje, oprema za izvajanje histoloških barvanj, mikroskop, arhivske omare za arhiviranje parafinskih blokov in histoloških preparatov.
3	Histopatološki laboratorij zagotavlja izvajanje imunohistokemijskega barvanja in je vključen v program za zunanjo kontrolo kakovosti imunohistokemijskih preiskav.
4	Histopatološki laboratorij izvaja standardizirane postopke za prevzem, sprejem, makroskopsko in tehnično obdelavo vzorcev in izdelavo histoloških preparatov, skladno z zapisanim protokolom.
5	Histopatološki laboratorij ima pogoje za uporabo programske opreme programa SVIT (osebni računalnik, monitor, čitalec črtne kode, priklop na internet).
6	Oddelek za patologijo letno obravnava vsaj 300 primerov karcinoma debelega črevesa in danke.
7	Oddelek za patologijo lahko zagotovi vsaj dva specialista patologa za delo v programu SVIT.
8	Presejalni histopatolog se je v teku specializacije iz patologije ali po njej poglobljeno izobraževal/-a na področju patologije debelega črevesa in je pregledal/-a vsaj 300 biopsij debelega črevesa in danke pod kontrolo izkušenega patologa.
9	Presejalni histopatolog znanje obnavlja najmanj vsaka 3 leta na tečajih doma ali v tujini, namenjenih diagnostiki bolezni debelega črevesa in danke.
10	Presejalni histopatolog pri svojem rednem delu letno pregleda in je odgovoren/-na za obravnavo vsaj 50 primerov raka debelega črevesa in

	danke.
11	Presejalni histopatolog v Programu Svit letno opravi vsaj 300 presejalnih histopatoloških pregledov (velja za naslednja leta).
	STANDARDI KAKOVOSTI IZVAJANJA HISTOPATOLOŠKE DEJAVNOSTI
12	Prevzem, sprejem, makroskopska obdelava in tehnična obdelava vzorcev in izdelava histoloških preparatov za program SVIT se izvede po standardnem operativnem postopku, ki ga laboratorij v postopku izbire predloži v odobritev Programskemu svetu programa SVIT.
13	Histopatološki izvid je izgotovljen v 5 delovnih dneh od sprejema vzorca v histopatološki laboratorij.
14	Histopatološki pregled je opravljen skladno s priporočili <i>NHS national bowel cancer screening (Reporting Lesions in the NHS Bowel Cancer Screening Programme, NHS BCSP Publication No 1, September 2007; dosegljivo na medmrežju http://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/nbcs/nbcs.php)</i>
15	Izvid je po standardnem protokolu vpisan v informacijski sistem Svit.
16	V primeru diagnoze kanceriziranega polipa je histološki preparat poslan za drugo odčitavanje v drugi histopatološki laboratorij . V primeru različnih mnenj, je končni izvid konsenz obeh odčitovalcev, izda pa ga prvi laboratorij.
	STANDARDI KAKOVOSTI IZVIDOV HISTOPATOLOŠKIH PREISKAV
17	Dvojno odčitavanje v primeru diagnoze invazivnega karcinoma/ kanceriziranega polipa je opravljeno v 100%, pri čemer je končni izvid konsenz obeh odčitovalcev, izda pa ga prvi laboratorij.
18	Histopatološki izvid je v 100% vpisan v standardizirani obrazec informacijskega sistema Programa Svit.