

Priloga 2: STANDARDI KAKOVOSTI ZA PRESEJALNO KOLONOSKOPSKO USTANOVO

Standardi kakovosti za presejalno kolonoskopsko enoto so del sistema kakovosti Programa Svit.

Vključujejo:

1. standarde kakovosti pogojev za delo presejalnega kolonoskopskega centa,
2. standarde kakovosti presejalne kolonoskopije in prve konziliarne obravnave pri odkritem raku debelega črevesa ali danke,
3. standarde kakovosti izidov presejalne kolonoskopije.

1. Pogoje, ki jih mora kolonoskopska enota izpolnjevati, da lahko vstopi v pogajanja za podpis pogodbe z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev Programa Svit (ter jih mora spoštovati ves čas trajanja pogodbe), imenujemo standardi kakovosti pogojev za delo presejalne kolonoskopske ustanove.

Vključujejo:

- urejen pravni status za izvajanje storitev za račun obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- zagotavljanje predpisane prostorske in tehnične opremljenosti,
- zagotavljanje predpisane strokovne usposobljenosti izvajalcev zdravstvenih storitev in
- organizacijo dela v presejalni kolonoskopski enoti.

Standardi kakovosti za delo presejalne kolonoskopske ustanove bodo objavljeni na uradni spletni strani Programa Svit in bodo del pogodbenega odnosa med izvajalcem presejalne kolonoskopije in ZZZS.

Izpolnjevanje standardov kakovosti pogojev za delo presejalne kolonoskopske ustanove se ugotavlja s pravno zavezujočo izjavo odgovorne osebe o njihovem izpolnjevanju ob podpisu pogodbe z ZZZS. Nadzor nad izpolnjevanjem se lahko izvede kadarkoli v času trajanja pogodbe. Nosilec programa lahko po pooblastilu ZZZS ustanovi nadzorno komisijo, v kateri je vsaj en član strokovnjak s področja, ki je predmet nadzora, in vsaj en član, predstavnik nosilca programa.

2. Standardi kakovosti presejalne kolonoskopije in prve konziliarne obravnave vključujejo:

- izvedbo presejalne kolonoskopije v skladu s strokovnimi priporočili,
- pripravo odkritega bolnika na zdravljenje skladno s strokovnimi priporočili,
- upoštevanje priporočenih rokov za izvedbo storitev in
- zagotavljanje sledljivosti opravljenih storitev.

Standardi kakovosti procesa zdravstvenih storitev bodo objavljeni na uradni spletni strani Programa Svit in bodo del pogodbenega odnosa med izvajalcem presejalne kolonoskopije in ZZZS. Nadzor nad zagotavljanjem teh standardov se lahko izvede z vpogledom v elektronski zapis o opravljeni storitvi.

Le storitev, opravljena v celoti, je lahko osnova za izplačilo, pri čemer velja:

1. Pri kolonoskopiji brez patološke najdbe mora odposlani kolonoskopski izvid vsebovati standardno poročilo o opravljeni kolonoskopiji s priporočili za nadaljnje sledenje.
 2. Pri kolonoskopiji z benigno najdbo mora odposlani kolonoskopski izvid vsebovati standardno poročilo o opravljeni kolonoskopiji s histopatološko diagnozo in priporočili za nadaljnje ravnanje.
 3. Pri kolonoskopiji z diagnosticiranim rakom DČD mora odposlani kolonoskopski izvid vsebovati standardno poročilo o opravljeni kolonoskopiji s histopatološkim izvidom in izvidom konziliarne obravnave, ki vključuje nadaljnje diagnostične postopke, lokalizacijo in stadij bolezni in priporočila za napotitev bolnika na nadaljnje zdravljenje.
3. Standardi kakovosti *izidov presejalne kolonoskopije in prve konziliarne obravnave bolnika z odkritim rakom* vključujejo:
- spremljanje in poročanje o težjih zapletih presejalne kolonoskopije,
 - spremljanje in vrednotenje kumulativnih dosežkov za presejalnega kolonoskopista in presejalni kolonoskopski center glede na *pričakovane dosežke (t.im.benchmarks)*.

Standardi kakovosti izidov zdravstvenih storitev (upoštevanje benchmarkov) bodo objavljeni na uradni spletni strani Programa Svit in bodo del pogodbenega odnosa med izvajalcem presejalne kolonoskopije in ZZS. Nadzor nad zagotavljanjem teh standardov se lahko izvede s statistično obdelavo elektronskega zapisa podatkov o opravljeni storitvi za posameznega izvajalca (kolonoskopist in kolonoskopski center) za pogodbeno obdobje.

Če pri posameznem izvajalcu ugotovimo težja odstopanja od pričakovanih dosežkov (velja za ustanovo in posameznega izvajalca), Programski svet Programa Svit predlaga odgovornim strokovnim (ZZS) in finančnim institucijam (ZZS) ustrezne ukrepe.

Zap.št.	STANDARDI KAKOVOSTI ZA DELO PRESEJALNE KOLONOSKOPSKE USTANOVE	DA
1	Je registrirana za izvajanje internistične, gastroenterološke oz. kirurgične dejavnosti.	
2	Je ustrezno opremljena za izvajanje postopkov oživljanja (intubacijski set, kisikova jeklenka, defibrilator, pulzni oksimeter)	
3	Ima izvedene 6 - mesečne higienske kontrole endoskopa, ki so mikrobiološko ustrezne.	
4	Zagotavlja slikovno dokumentiranje kolonoskopskih izvidov.	
5	Ima dostop do interneta in osebni računalnik z monitorjem za uporabo informacijskega sistema Svit.	
6	Ima čitalec črtne kode za zagotavljanje sledljivosti vzorcev odstranjenega tkiva v Programu Svit.	
7	Zagotavlja, da v Programu Svit vstopajo izključno specialisti gastroenterologi, internisti ali kirurgi, ki so v obdobju preteklih dveh let opravili vsaj 200 totalnih kolonoskopij in vsaj 50 polipektomij.	
8	Zagotavlja odgovornega kolonoskopista presejalne kolonoskopske enote.	
9	Zagotavlja nadomeščanje v primeru odsotnosti svojih presejalnih kolonoskopistov z drugim ustreznim izvajalcem presejalnih kolonoskopij.	
10	Zagotavlja ločeno izvajanje presejalnih kolonoskopij v posebej rezerviranem delovnem času.	
11	Zagotavlja izobraževanje izvajalcev po Programu Svit.	
	STANDARDI KAKOVOSTI PRESEJALNE KOLONOSKOPIJE/ PRVE KONZILIARNE	

	OBRAVNAVE BOLNIKA Z ODKRITIM RAKOM	
12	Presejalna kolonoskopija izvedena v roku 30 dni od ugotovljene prikrite krvavitve v blatu.	
13	Presejalna kolonoskopija izvedena skladno s sledečimi strokovnimi priporočili: <ul style="list-style-type: none"> - intubacija v cekum, potrjena s sliko cekuma, - upoštevanje priporočenega časa izvleka nad 8 minut, - takojšnja odstranitev polipov, izjeme se dokumentirajo, - preparat za histopatološko preiskavo pripravljen po protokolu Programa Svit. 	
14	Obravnava bolnikov z odkritim rakom debelega črevesa in danke v Programu Svit, ki vključuje nadaljnjo diagnostiko, opreditev stadija in napotitev na ustrezno zdravljenje, skladno s priporočili, ki jih potrdi Programski svet Programa Svit.	
15	Storitev dokumentirana v informacijskem sistemu Svit.	
	DOSEGANJE PRIČAKOVANIH KUMULATIVNIH DOSEŽKOV KAKOVOSTI PRESEJALNE KOLONOSKOPIJE (BENCHMARKS) - ORIENTACIJSKE IZHODIŠČNE VREDNOSTI	
16	Posamezni izvajalec presejalne kolonoskopije je v preteklem letu opravil vsaj 200 totalnih kolonoskopij, od tega vsaj 100 v Programu Svit, in vsaj 50 polipektomij.	
17	Posamezni izvajalec je v preteklem letu dosegal pričakovane kumulativne dosežke kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - intubacija v cekum, potrjena s sliko cekuma, nad 95 % opravljenih preiskav, - upoštevanje priporočenega časa izvleka več kot 8 minut nad 95% opravljenih preiskav, - odkriti adenomi nad 28% opravljenih preiskav, - neizvlečeni adenomi pod...% opravljenih preiskav, - težki zapleti skupaj pod 0,3%, - delež perforacij pod 0,03%, - dokumentiranje storitev v informacijskem sistemu Svit po standardiziranem obrazcu v 100%. 	